

LABOSPECT 006 日立自動分析装置 入札仕様書

1. 機器構成内訳

1. LABOSPECT 006 本体（下記含む）

- (1) HbA1c 測定用自動溶血機能
 - (2) ハンディバーコードリーダー
2. 純水装置（東洋紡エンジニアリング社製）「TRO-60HX」
 3. 精度管理サポート用 PC

2. 構成機器についての要件

- 2-1 純水装置は上記自動分析装置が稼働するのに適切な純水が提供できること。
- 2-2 精度管理サポート PC はその他の構成機器を適切に運用できる機能があること。

3. その他の要件

3-1. 障害時支援体制に関する要件

- 3-1-1 定期保守点検を行える体制にあると判断されること。
- 3-1-2 品質保証期間は、機器納入日から1年間とし、通常の使用により故障した場合、無料保証に応じること。
- 3-1-3 通常の使用で発生した故障の修理は、速やかに対応できる体制であること。
- 3-1-4 通常の使用範囲でのシステムやデータのバックアップやシステムの回復方法も準備されていること。

3-2. 設置条件に関する要件

- 3-2-1 機器の運用者、責任者に技術指導を行うこと。
- 3-2-2 納入期限は平成29年12月27日（水）までとする。
- 3-2-3 納入場所は日南町国民健康保険日南病院 検査室の指定箇所とする。
- 3-2-4 納入機器は、新造、未使用のものであること。
- 3-2-5 入札金額には、既存のシステムと接続し、適切に運用できるように調整する費用を含むこと。
- 3-2-6 指定納入場所への設置に関する据付、配線、給排水工事、既存品の引き取りに関して相談に乗ること。
- 3-2-7 機器引渡後、設置場所にて1回以上の実地検査を行うこと。

3-3. その他の要件

- 3-3-1 システム全体の説明書、操作マニュアル、及び簡易取扱説明書が提供されること
- 3-3-2 日本語の説明書を提供すること。

3-3-4 操作・取扱いに関する説明は、当院の指定した日時で行うこと。

3-3-5 操作・取扱いに関する説明は、依頼に応じ、適時行うこと。

3-3-6 操作・取扱いに関する説明は、当院職員が操作説明方法に習熟し、確実に検査が行えるまで、責任を持って行うこと。

4. 使用に関する質問は平成29年7月27日（木）までに下記まで書面で行うこと。

日南町国民健康保険日南病院 事務部

〒689-5211 鳥取県日野郡日南町生山5 1 1 番地7

TEL : 0859-82-1235

FAX : 0859-82-1341