

フラットパネルコンソールシステム装置仕様書

日南町国民健康保険 日南病院

I 調達物品及び構成内訳

1 フラットパネル撮影用機材

コニカミノルタ「AeroDR システム」 一式 構成内訳

・デジタルラジオグラフィー AeroDR fine motion 1417HD	1	式
・AeroDR マルチサイズクレードル	2	式
・画像診断 WS CS-7(HP Z2G9)	1	式
・17 インチ 広視野角 LCD マルチタッチモニタ	1	式
・CS-7 PRO ライセンス	1	式
・CS-7 RIS— IN 接続ライセンス	1	式
・CS-7 AeroSync ライセンス	1	式
・CS-7 長尺結合ライセンス	1	式
・エレコム ツメ折れ防止 LAN ケーブル Cat6 3m LD— GPT/BU3/RS	4	式
・エレコム STP(LAN)ケーブル CAT5E 15m LD— CTS15/RS	1	式
・エレコム STP(LAN)ケーブル CAT5E 30m LD— CTS30/RS	1	式
・ネットワークデバイスマウントキット AP—MNT— E(HP)	1	式
・インスタントアクセスポイント IAP-505(Aruba)	1	式
・D— Link 8P アンマネージド PoE スイッチ DGS-1008P/E1	1	式
・サンワ レーザープリンタスタンド SPS-27TN	2	式
・サンワ ケーブル&タップ収納ボックス L サイズ ホワイト CB— BOXP3WN2	1	式
・設置・システム調整費用(平日/10 時間以内/1 人工)	1	式
・立会費用(平日/半日/1 人工)	1	式
・AeroDR 初年度パネル保証サービス	1	式

Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件

1 フラットパネル撮影用機材に関する要件

- 1-1 基本的に半切サイズのフラットパネルを含むこと。その場合は製品中最も高精細なパネルとする。
- 1-2 外来での一般撮影時に、撮影目的患者の ID 等必要な情報をコンソールに取り込むことが出来ること。
- 1-3 撮影後数秒内にコンソールで画像の確認が出来、当院の既存の画像サーバーと接続し、その場で画像の送信できること。

2 その他

- 2-1 当院が指定した納入場所に設置し、そのセットアップについては担当者と十分な協議をすること。
- 2-2 当院の既存電子カルテ、画像サーバーとの接続及びテストは両メーカーが協議、責任を持つこと。
- 2-3 検収完了日から 1 年間は無償保証期間とすること。