

X線骨密度測定装置 仕様書

I 購入備品	X線骨密度測定装置 Horizon Ci 型	一式
II システム構成		
II-1	装置本体(スキャナー、寝台)	1
II-2	操作部(専用 PC、操作卓)	1
II-3	基本ソフトウェア(腰椎・大腿骨・前腕骨測定・人工関節部位解析)	1
II-4	IVA ソフト(脊椎骨折分析ソフト)	1
II-5	HAS ソフト(大腿骨強度評価ソフト)	1
II-6	Horizon DICOM 接続(Strage・MWM・RDSR)	1
II-7	FOEZ DICOM-Storage/Open-KarteMWM 連動作業	1
II-8	インターロック作業	1
II-9	電源新設工事	1
II-10	TBS iNsight(腰椎海綿骨骨構造スコア)ソフトウェア	1
III その他付属品		
III-1	液晶ディスプレイ 21.5 型 1920×1080 色:ブラック	1
III-2	キャノンインクジェットプリンター TR703A	1
III-3	インクタンク BCI-381 +380/5MP	1
III-4	高いところ BOX TB-43 クリア 208010	1
III-5	大型1段踏み台	1
III-6	ファントムケース	1
III-7	手元スイッチ付き抜け止めタップ(3P・4 個口・3M)	1
III-8	L 型プラグ ME7073	1
III-9	漏洩線量測定	1
III-10	ポスター(フレーム・吊下げ紐付)	1
III-11	OA チェア	1

IV その他

IV-1 既存設備等接続については、施設整備担当および現場技師と協議の上進めること